

Rely+On™ PeraSafe™

Højniveau-desinfektionsmiddel til brug på medicinsk udstyr
Til brug på invasivt og ikke-invasivt medicinsk udstyr.



Anvendelsesområder og brugsanvisning

Denne brugsanvisning skal læses sammen med produktetiketten og sikkerhedsdatabladet.

Rely+On™ PeraSafe™ er til bruk på stive og fleksible endoskoper, katetre, transducere og andre termobare instrumenter og andet termobart utstyr. Hvis du ønsker en liste over producentgodkender, skal du kontakte din lokale representant. Må ikke bruges på materialer, der er fremstillet af kobber, messing, blødt stål, naturgummi, nitrilgummi, naturlæderster eller EPDM-gummier.

Bør altid egnert øjenbeskyttelse ved håndtering af pulveret og brugsopløsninger af Rely+On™ PeraSafe™. Hvis der foreudsættes kontakt med øjne på pulvertet, skal der sørge for tilstrækkelig ventilation og/eller åbendrætsværn (fx kirurgisk maske).

Rely+On™ PeraSafe™ oplosninger kan anvendes til op til 20 iblodsætninger inden for et tidsrum på højst 12 timer.

Før desinfektion med Rely+On™ PeraSafe™ skal instrumenterne rengøres grundigt med et pH-neutralt rengøringsmiddel af medicinsk kvalitet for at fjerne al synlig tilsmudsning, efterfulgt af en grundig skyldning med vand for at fjerne alle rengøringsmidler. Sørg for, at alle udstyrstyper overflader kommer i kontakt med oplosningen.

Stærkt tilsmudsede instrumenter kan give hurtigere nedbrydning af pereddkesyren i oplosningen, hvilket kan medføre en reduktion af det maksimale antal iblodsætninger.

Sammensætning: Aktivt stof; pereddkesyre genereret in situ (ca. 0,25% w/v ved 16,2 g/l); tensider; korrosionshæmmer; hjælpstoffer.



Rely+On™ PeraSafe™ skal opbevares i den forsegledte originale beholder, helst ved temperaturer på højst 25°C og en relativ luftfugtighed på 60%. Opbevaring i kort periode ved temperaturer på højst 30°C og ved 65% relativ luftfugtighed påvirker ikke produkets ydeevne.

Bland kun Rely+On™ PeraSafe™ i henhold til brugsanvisningens anbefalte koncentration – 16,2 g/liter. Undgå at lave stærke blandinger, som efterfølgende fortyndes.

Rely+On™ PeraSafe™

Højniveau-desinfektionsmiddel til brug på medicinsk udstyr
Til brug på invasivt og ikke-invasivt medicinsk udstyr.



Anvendelsesområder og brugsanvisning

Denne brugsanvisning skal læses sammen med produktetiketten og sikkerhedsdatabladet.

Rely+On™ PeraSafe™ er til bruk på stive og fleksible endoskoper, katetre, transducere og andre termobare instrumenter og andet termobart utstyr. Hvis du ønsker en liste over producentgodkender, skal du kontakte din lokale representant. Må ikke bruges på materialer, der er fremstillet af kobber, messing, blødt stål, naturgummi, nitrilgummi, naturlæderster eller EPDM-gummier.

Bør altid egnert øjenbeskyttelse ved håndtering af pulveret og brugsopløsninger af Rely+On™ PeraSafe™. Hvis der foreudsættes kontakt med øjne på pulvertet, skal der sørge for tilstrækkelig ventilation og/eller åbendrætsværn (fx kirurgisk maske).

Rely+On™ PeraSafe™ oplosninger kan anvendes til op til 20 iblodsætninger inden for et tidsrum på højst 12 timer.

Før desinfektion med Rely+On™ PeraSafe™ skal instrumenterne rengøres grundigt med et pH-neutralt rengøringsmiddel af medicinsk kvalitet for at fjerne al synlig tilsmudsning, efterfulgt af en grundig skyldning med vand for at fjerne alle rengøringsmidler. Sørg for, at alle udstyrstyper overflader kommer i kontakt med oplosningen.

Stærkt tilsmudsede instrumenter kan give hurtigere nedbrydning af pereddkesyren i oplosningen, hvilket kan medføre en reduktion af det maksimale antal iblodsætninger.

Sammensætning: Aktivt stof; pereddkesyre genereret in situ (ca. 0,25% w/v ved 16,2 g/l); tensider; korrosionshæmmer; hjælpstoffer.



Rely+On™ PeraSafe™ skal opbevares i den forsegledte originale beholder, helst ved temperaturer på højst 25°C og en relativ luftfugtighed på 60%. Opbevaring i kort periode ved temperaturer på højst 30°C og ved 65% relativ luftfugtighed påvirker ikke produkets ydeevne.

Bland kun Rely+On™ PeraSafe™ i henhold til brugsanvisningens anbefalte koncentration – 16,2 g/liter. Undgå at lave stærke blandinger, som efterfølgende fortyndes.

LANXESS

Rely+On™ PeraSafe™

Desinfektioaine lääkinäillisille laitteille erittäin laajalla vaikutuskirjolla
Käytettäväksi invasiivisille ja ei-insviivisille lääkinäillisille laitteille.



Käytötohkeet ja käyttöohjeet

Nämä käytötohjeet on luettava yhdessä tuotteen etiketin ja käytöturvallisuuslisen tiedoteon kanssa.

Rely+On™ PeraSafe™ on tarkoitettu käytettäväksi jokikin ja taipuisille endoskoopille, katetille, muuntimille ja muille lämpöherkille instrumenteille ja laitteille. Jos haluat luettelon valmistajan hyväsynnyistä, ota yhteys paikalliseen edustajaan.

Ei saa käyttää materiaaleihin, joita sisältää kuparia, messinkia, pehmää terästä, luonnonkumia, nitriliikumiä tai EPDM-kumia eikä luonnonharjaksista valmistettuihin hammasharjoihin.

Käytä aina sopivaa silmensuojaapinta käsitellessäsi Rely+On™ PeraSafe™ -valmisteen juuhtetta ja käytövalmiita liukoisia. Jos todennäköisesti jouduttaan kosketuskiin jauhepölyjen kanssa, on varmistettava riittävä ilmastointi ja/tai hengityksen suojaus (esim. kirurginen kasvosuojus).

Rely+On™ PeraSafe™ -liukoisia voidaan käyttää enintään 20 utopekoon tai 12 tunnin ajan sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.

Instrumentti on puhdistettava perusteellisesti etukäteen lääkelaitosuilla pH-neutraalilla pesuaineella kaiken näkyvän lian poistamiseksi, minäkä jälkeen se on huuhdeltava perusteellisesti vedellä pesuaineen poistamiseksi kokonaan ennen desinfointia Rely+On™ PeraSafe™ -valmistetta. Varmista, että kaikki laitteet ovat pioissa kosketusissa liukoisissa.

Erittäin likaantuneet instrumentit voivat aiheuttaa peretikkahapon laadun nopeampaan heikkenemistä, mikä voi vähentää upotusten enimmäismäärää.

Koostumus: Vaikuttava aine: peretikkahappo, tuotettu paikan päällä (n. 0,25% paino/tilavuus (w/v), 16,2 g/litra); pinta-aktiviset aineet; korrosoinestoaine; apuaineet.



Rely+On™ PeraSafe™ -valmistetta on säilytettävä suljetussa alkuperäisessä säiliössä, mieluiten enintään 25°C:n lämpötilassa ja 60%n suhteellisessa kosteudessa.

Lyhytaikainen varastointi enintään 30°C:n lämpötilassa ja 65%n suhteellisessa kosteudessa ei vaikuta tuotteen suorituskykyyn.

Valmista vain etiketissä olevan ohjeen mukaisia laimennoksia 16,2 g / litra. ÄLÄ tee vahempia liukoisia laimennettavaksi myöhempinä.

LANXESS

Rely+On™ PeraSafe™

LANXESS

Desinfektioaine lääkinäillisille laitteille erittäin laajalla vaikutuskirjolla
Käytettäväksi invasiivisille ja ei-insviivisille lääkinäillisille laitteille.



Käytötohkeet ja käyttöohjeet

Nämä käytötohjeet on luettava yhdessä tuotteen etiketin ja käytöturvallisuuslisen tiedoteon kanssa.

Rely+On™ PeraSafe™ on tarkoitettu käytettäväksi jokikin ja taipuisille endoskoopille, katetille, muuntimille ja muille lämpöherkille instrumenteille ja laitteille. Jos haluat luettelon valmistajan hyväsynnyistä, ota yhteys paikalliseen edustajaan.

Ei saa käyttää materiaaleihin, joita sisältää kuparia, messinkia, pehmää terästä, luonnonkumia, nitriliikumiä tai EPDM-kumia eikä luonnonharjaksista valmistettuihin hammasharjoihin.

Käytä aina sopivaa silmensuojaapinta käsitellessäsi Rely+On™ PeraSafe™ -valmisteen juuhtetta ja käytövalmiita liukoisia. Jos todennäköisesti jouduttaan kosketuskiin jauhepölyjen kanssa, on varmistettava riittävä ilmastointi ja/tai hengityksen suojaus (esim. kirurginen kasvosuojus).

Rely+On™ PeraSafe™ -liukoisia voidaan käyttää enintään 20 utopekoon tai 12 tunnin ajan sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.

Instrumentti on puhdistettava perusteellisesti etukäteen lääkelaitosuilla pH-neutraalilla pesuaineella kaiken näkyvän lian poistamiseksi, minäkä jälkeen se on huuhdeltava perusteellisesti vedellä pesuaineen poistamiseksi kokonaan ennen desinfointia Rely+On™ PeraSafe™ -valmistetta. Varmista, että kaikki laitteet ovat pioissa kosketusissa liukoisissa.

Erittäin likaantuneet instrumentit voivat aiheuttaa peretikkahapon laadun nopeampaan heikkenemistä, mikä voi vähentää upotusten enimmäismäärää.

Koostumus: Vaikuttava aine: peretikkahappo, tuotettu paikan päällä (n. 0,25% paino/tilavuus (w/v), 16,2 g/litra); pinta-aktiviset aineet; korrosoinestoaine; apuaineet.



Rely+On™ PeraSafe™ -valmistetta on säilytettävä suljetussa alkuperäisessä säiliössä, mieluiten enintään 25°C:n lämpötilassa ja 60%n suhteellisessa kosteudessa.

Lyhytaikainen varastointi enintään 30°C:n lämpötilassa ja 65%n suhteellisessa kosteudessa ei vaikuta tuotteen suorituskykyyn.

Valmista vain etiketissä olevan ohjeen mukaisia laimennoksia 16,2 g / litra. ÄLÄ tee vahempia liukoisia laimennettavaksi myöhempinä.

Aktivoi Rely+On™ PeraSafe™ -liukos valmistelu ja käyttö instrumenttien desinfointiin

Rely+On™ PeraSafe™ -valmisteen suorituskyky ja turvallisuus on validoitut tässä asiakirjassa kuuvatusta käytöbolosseissa. Noudata aina ohjeita tuotteen oikean toiminnan varmistamiseksi.

Rely+On™ PeraSafe™ tehoa bakteereihin, bakteri-itöihin, mykobakteereihin, virusiin ja viivoihin, kun kontaktaika on 10 minuuttia.

Rely+On™ PeraSafe™ -liukos (1,62% w/v) valmistelu ja käyttö:

- Lisää yksi pussi (16,2 g) Rely+On™ PeraSafe™-juuhetta yhteen litraan lämpötilasta 30–35°C. Älä valmista yli 1 litran liuoksia.
- Aktivoi kestä 15 minuuttia. Se koittaa ajoittain koko tänä aktivointijakson ajan. Liuos on väritöntä noin 30 minuutin kuluttua. Odottavissa on pieni määrä liukunemataonta materiaalia.
- Rely+On™ PeraSafe™ -liukos tulee käyttää ja säilyttää huoneenlämmössä (20 ± 5°C). Rely+On™ PeraSafe™ -valmista voidaan kuitenkin käyttää välittömästi aktivoinnin jälkeen, kun liuos jäähtyy huoneenlämpöiseksi.
- Rely+On™ PeraSafe™ -liukosta voidaan käyttää staattisessa kylvässä. Upota instrumentti liukseen täsmälleen 10 minuutiksi, mikä jälkeen se on huuhdeltava perusteellisesti steriiliillä vedellä. Kaikki Rely+On™ PeraSafe™ -liukos jäämät on poistettava ja instrumentti kuvaltava.

On suositeltavaa, että Rely+On™ PeraSafe™ -liukos ei valmisteta aiemmin kuin tunti ennen käyttöä. Käytetty Rely+On™ PeraSafe™ -liuos voidaan hävitää ilman erityisiä varotoimia normaalisissa nestemäisen jätteen käsittelyjärjestelmässä paikallisten viranomaisten määrysten mukaisesti.

Handelshuset Viroderm AB
Fabrikvägen 5
171 48 Solna
Tfn 08-37 37 12
Giftinformationscentralen (SE): +46 - 10 45 66 700

Berner Oy, Pro. Hitsaajankatu 20-24,
FIN-00810 Helsinki. Puh. 0207 9100
Myrkyllystokeskus puh (FI): +358 - (09) 471 977 tai vaihde: +358 - (09) 4711 (Avoinna 24 t/vrk)

KEBO MED A/S
Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Tlf. 36 39 80 80
Giftlinjen (DK): +45 - 82 12 12 12

EC REP Emergo Europe, Prinsessegat 20,
2514 AP The Hague, The Netherlands



Rely+On™ PeraSafe™

Höggradigt desinfektionsmedel för medicinsk utrustning
För användning på invasiva och icke-invasiva medicintekniska produkter.



Användningsområden och bruksanvisningar

Den här bruksanvisningen ska läsas tillsammans med produktetiketten och säkerhetsdatabladet.

Rely+On™ PeraSafe™ är avsett för användning på rigida och flexibla endoskop, kateter, givare och andra värmekänsliga instrument och utrustningar. Kontakta din lokala representant om du vill ha en lista över tillverkarens godkännanden.

Får ej användas på material som tillverkats av koppar, mässing, kolstål, naturgummi, nitrilgummi, naturliga tandborstar eller EPDM-gummi.

Använd alltid lämpligt ögonskydd vid hantering av pulver och Rely+On™ PeraSafe™-lösningar som används. Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation och/eller andningsskydd (t.ex. kirurgisk mask) om kontakt med damm från pulvret kan väntas. Rely+On™ PeraSafe™-lösningar kan användas för upp till 20 nedräkningar eller i 12 timmar, beroende på vad som kommer först.

Instrumenten bör rengöras grundligt med ett pH-neutralt rengöringsmedel av medicinsk kvalitet för borttagning av all synlig nedsmutsning, följt av en grundlig sköljning med vatten för avlägsnande av allt rengöringsmedel före desinfektion med Rely+On™ PeraSafe™. Se till att alla ytor på utrustningen kommer i kontakt med lösningen.

Kraftigt nedsmutsade instrument kan leda till snabba nedbrytning av befintliga perättiksyranivåer, vilket kan leda till en minskning av det maximala antalet nedräkningar.

Sammanräkning: Aktiv substans; perättiksyra, genererad in situ (ca 0,25% v/v vid 16,2 g/l), ytakräfta ämnen, korrosionshämmare, hjälppämnen.



Rely+On™ PeraSafe™ ska förvaras i den förseglade originalbehållaren, helst vid temperaturer som inte överstiger 25°C och 60% relativ luftfuktighet. Förvaring under korta perioder vid temperaturer som inte överstiger 30°C och 65% relativ luftfuktighet påverkar inte produktens prestanda.

Bered endast Rely+On™ PeraSafe™ i den koncentration som anges i bruksanvisningen - 16,2 g/liter. Obs! bered ej starkare lösning för senare utspädning.

Förberedelse och användning av aktiverad Rely+On™ PeraSafe™-lösning för desinfektion av instrument

Prestandan och säkerheten hos Rely+On™ PeraSafe™ har validerats enligt användningsförhållanden som beskrivs i det här dokumentet. Följ alltid anvisningarna för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.

Rely+On™ PeraSafe™ är effektiv mot bakterier, bakteriesporer, mykobakterier, virus och jäst, med en kontakttid på 10 minuter.

Förberedelse och användning av Rely+On™ PeraSafe™-lösning (1,62% v/v);

- Tillsätt 1 påse (16,2 g) till 1 liter ljummätt kranvatten (30-35°C). Bered inte lösningar på mindre än 1 liter.
- Aktiveringsten 15 minuter. Rör om med jämnma mellanrum under denna aktiveringstiden. Lösningen blir färglös efter cirka 30 minuter. En liten mängd uppplöst materiel förvärts.

- Rely+On™ PeraSafe™-lösningar ska användas och förvaras i rumstemperatur (20 ± 5°C). Rely+On™ PeraSafe™ kan dock användas omedelbart efter aktiveringsten under det lösningens svalnar till rumstemperatur.

- Rely+On™ PeraSafe™-lösningar kan användas i ett statiskt bad. Sänk ned instrumenten i exakt 10 minuter. Sedan måste de sköljas noggrat i steril vatten så att alla spår av Rely+On™ PeraSafe™-lösningen försvinner. Låt sedan instrumenten torka.

Vi rekommenderar att Rely+On™ PeraSafe™-lösningar inte bereds mer än en timme före användning. Rely+On™ PeraSafe™-lösningar som har använts kan kasseras utan särskilda försiktighetsåtgärder i det normala kasseringssystemet för flytande avfall, i enlighet med lokala myndighetsföreskrifter.

Svenska	Dansk	Suomi
Tillverkare	Fabrikant	Valmistaja
EC REP	Autoriserad representant i Europeiska gemenskapen/ Europeiska unionen	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä/Euroopan Fællesskab/ Den Europæiske Union
Tillverkningsdatum	Fremstillingstid	Valmistuspäivä
Används före	Anvendes inden/udløbsdato	Viimeinen käyttöpäivä
LOT	Satsnummer/ partinummer	Batchkode/ lotnummer
Importör	Importör	Maahtuaja
Skyddas från solljus	Beskrytes mod sollys	Säilytetään auringonvalolta suojauduttuna
Förvaras torrt	Opbevares tørt	Säilytetään kuivana
Övre temperaturgräns	Maks. temperatur	Lämpötilan ylräaja
Begränsning av luftfuktighet	Fugtighedsgränsen	Kosteusrajoitus
Läs bruksanvisningen	Se brugsanvisningen	Tutustu käytöohjeisiin
MD	Medicinteknisk produkt	Lääkinnällinen laite

Antec International Limited
Windham Road, Sudbury, CO10 2XD, UK
Tel (för tekniska frågor / tekniskt tiedustelut / til tekniske spørsmål): +44 (0) 1787 377305



©2020 LANXESS. Rely+On™ PeraSafe™, LANXESS™ och LANXESS Logo är varumärken tillhörande LANXESS Deutschland GmbH eller dess dotterbolag. Alla varumärken är registrerade i många länder globalt.

©2020 LANXESS. Rely+On™ PeraSafe™, LANXESS™ ja LANXESS Logo ovat LANXESS Deutschland GmbH:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki tavaramerkit on rekisteröityt useissa maissa ympäri maailman.

©2020 LANXESS. Rely+On™ PeraSafe™, LANXESS™ og Lanxess logoet er varemærker tilhørende Lanxess Deutschland GmbH eller dets partnere. Alle varemærker er registreret i mange lande verden over.

57794062/PSafeFU/Sweden,Finland,Denmark/17.06.22/G

Handelshuset Viroderm AB
Fabrikvägen 5
171 48 Solna
Tfn 08-37 37 12
Giftinformationscentralen (SE): +46 - 10 45 66 700

Berner Oy, Pro. Hitsaajankatu 20-24,
FIN-00810 Helsinki. Puh. 0207 9100
Myrkyllystokeskus puh (FI): +358 - (09) 471 977 tai vaihde: +358 - (09) 4711 (Avoinna 24 t/vrk)

KEBO MED A/S
Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Tlf. 36 39 80 80
Giftlinjen (DK): +45 - 82 12 12 12

EC REP Emergo Europe, Prinsessegat 20,
2514 AP The Hague, The Netherlands



Rely+On™ PeraSafe™

LANXESS

Höggradigt desinfektionsmedel för medicinsk utrustning
För användning på invasiva och icke-invasiva medicintekniska produkter.



Användningsområden och bruksanvisningar

Den här bruksanvisningen ska läsas tillsammans med produktetiketten och säkerhetsdatabladet.

Rely+On™ PeraSafe™ är avsett för användning på rigida och flexibla endoskop, kateter, givare och andra värmekänsliga instrument och utrustningar. Kontakta din lokala representant om du vill ha en lista över tillverkarens godkännanden.

Får ej användas på material som tillverkats av koppar, mässing, kolstål, naturgummi, nitrilgummi, naturliga tandborstar eller EPDM-gummi.

Använd alltid lämpligt ögonskydd vid hantering av pulver och Rely+On™ PeraSafe™-lösningar som används. Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation och/eller andningsskydd (t.ex. kirurgisk mask) om kontakt med damm från pulvret kan väntas. Rely+On™ PeraSafe™-lösningar kan användas för upp till 20 nedräkningar eller i 12 timmar, beroende på vad som kommer först.

Instrumenten bör rengöras grundligt med ett pH-neutralt rengöringsmedel av medicinsk kvalitet för borttagning av all synlig nedsmutsning, följt av en grundlig sköljning med vatten för avlägsnande av allt rengöringsmedel före desinfektion med Rely+On™ PeraSafe™. Se till att alla ytor på utrustningen kommer i kontakt med lösningen.

Kraftigt nedsmutsade instrument kan leda till snabba nedbrytning av befintliga perättiksyranivåer, vilket kan leda till en minskning av det maximala antalet nedräkningar.

Sammanräkning: Aktiv substans; perättiksyra, genererad in situ (ca 0,25% v/v vid 16,2 g/l), ytakräfta ämnen, korrosionshämmare, hjälppämnen.



Rely+On™ PeraSafe™ ska förvaras i den förseglade originalbehållaren, helst vid temperaturer som inte överstiger 25°C och 60% relativ luftfuktighet. Förvaring under korta perioder vid temperaturer som inte överstiger 30°C och 65% relativ luftfuktighet påverkar inte produktens prestanda.

Bered endast Rely+On™ PeraSafe™ i den koncentration som anges i bruksanvisningen - 16,2 g/liter. Obs! bered ej starkare lösning för senare utspädning.

Förberedelse och användning av aktiverad Rely+On™ PeraSafe™-lösning för desinfektion av instrument

Prestandan och säkerheten hos Rely+On™ PeraSafe™ har validerats enligt användningsförhållanden som beskrivs i det här dokumentet. Följ alltid anvisningarna för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.

Rely+On™ PeraSafe™ är effektiv mot bakterier, bakteriesporer, mykobakterier, virus och jäst, med en kontakttid på 10 minuter.

Förberedelse och användning av Rely+On™ PeraSafe™-lösning (1,62% v/v);

- Tillsätt 1 påse (16,2 g) till 1 liter ljummätt kranvatten (30-35°C). Bered inte lösningar på mindre än 1 liter.
- Aktiveringsten 15 minuter. Rör om med jämnma mellanrum under denna aktiveringstiden. Lösningen blir färglös efter cirka 30 minuter. En liten mängd uppplöst materiel förvärts.

- Rely+On™ PeraSafe™-lösningar ska användas och förvaras i rumstemperatur (20 ± 5°C). Rely+On™ PeraSafe™ kan dock användas omedelbart efter aktiveringsten under det lösningens svalnar till rumstemperatur.
- Rely+On™ PeraSafe™-lösningar kan användas i ett statiskt bad. Sänk ned instrumenten i exakt 10 minuter. Sedan måste de sköljas noggrat i steril vatten så att alla spår av Rely+On™ PeraSafe™-lösningen försvinner. Låt sedan instrumenten torka.

Vi rekommenderar att Rely+On™ PeraSafe™-lösningar inte bereds mer än en timme före användning. Rely+On™ PeraSafe™-lösningar som har använts kan kasseras utan särskilda försiktighetsåtgärder i det normala kasseringssystemet för flytande avfall, i enlighet med lokala myndighetsföreskrifter.

Svenska	Dansk	Suomi
Tillverkare	Fabrikant	Valmistaja
EC REP	Autoriserad representant i Europeiska gemenskapen/ Europeiska unionen	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä/Euroopan Fællesskab/ Den Europæiske Union
Tillverkningsdatum	Fremstillingstid	Valmistuspäivä
Används före	Anvendes inden/udløbsdato	Viimeinen käyttöpäivä
LOT	Satsnummer/ partinummer	Batchkode/ lotnummer
Importör	Importör	Maahtuaja
Skyddas från solljus	Beskryties mod sollys	Säilytetään auringonvalolta suojauduttuna
Förvaras torrt	Opbevares tørt	Säilytetään kuivana
Övre temperaturgräns	Maks. temperatur	Lämpötilan ylräaja
Begränsning av luftfuktighet	Fugtighedsgränsen	Kosteusrajoitus
Läs bruksanvisningen	Se brugsanvisningen	Tutustu käytöohjeisiin
MD	Medicinteknisk produkt	Lääkinnällinen laite

Antec International Limited
Windham Road, Sudbury, CO10 2XD, UK
Tel (för tekniska frågor / tekniskt tiedustelut / til tekniske spørsmål): +44 (0) 1787 377305



©2020 LANXESS. Rely+On™ PeraSafe™, LANXESS™ och LANXESS Logo är varumärken tillhörande LANXESS Deutschland GmbH eller dess dotterbolag. Alla varumärken är registrerade i många länder globalt.

©2020 LANXESS. Rely+On™ PeraSafe™, LANXESS™ ja LANXESS Logo ovat LANXESS Deutschland GmbH:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki tavaramerkit on rekisteröityt useissa maissa ympäri maailman.

©2020 LANXESS. Rely+On™ PeraSafe™, LANXESS™ og Lanxess logoet er varemærker tilhørende Lanxess Deutschland GmbH eller dets partnere. Alle varemærker er registrert i mange lande verden over.

57794062/PSafeFU/Sweden,Finland,Denmark/17.06.22/G